

政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|--------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 专科高清手术显微镜 |
| 拟采购产品金额 | 500 万元（500 万元/套，共采购 1 套） |
| 采购项目所属项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 18607.19 万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 三、专家论证意见 | |
| <p>耳鼻咽喉科手术大多是精细的显微手术，进口品牌手术显微镜先进于国内手术显微镜，拥有高质量的图像和极优异的分辨率和色保真度，有了它的帮助，耳科、鼻科、喉科、眼外科、脑外科、神经外科等医生可以得心应手处理各种复杂精细的显微操作，使手术更精细、更安全。</p> <p>进口和国产产品的差异是：</p> <p>1、进口产品具有自动平衡功能，国内产品需手动操作平衡功能。</p> <p>2、进口产品工作距离较国产更大，达到 200-625mm，视野角度 120°，国内产品视野角度 100°，视野角度越大，观察得越广。</p> <p>3、进口产品可实现 Autofocus 双激光自动聚焦。</p> <p>因此，为满足采购单位需求，建议购买进口专科高清手术显微镜。</p> <p>专家签字：郭平 梁永华 梁志 潘学军 李刚</p> | |
| 年 月 日 | |