


# 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	超声外科吸引系统（超声骨刀）
拟采购产品金额	200 万元（200 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见  <p>超声外科吸引系统（超声骨刀）可用于耳鼻喉科手术关键位置骨质打磨、经鼻颅底肿瘤/听神经瘤等肿瘤组织切除；该设备应用于手术可有效提高对于关键位置神经及血管的保护，减少术中出血量，提高手术效率等；超声磨骨打磨效率高，并且一把工具可同时实现骨质打磨、注水及吸引，手术视野好，充分满足临床使用需求且减少助手工作量。</p> <p>超声外科吸引系统（超声骨刀）适用于耳鼻喉头颈外科、脊柱外科、神经外科、整形外科等手术，能满足超声切骨、磨骨及肿瘤吸除等多床需求。</p> <p>因目前暂无同类国产产品。为了更好的促进临床科室的建设和发展，提高临床科研水平及耳鼻喉科诊疗水平，为满足采购单位的使用需求，建议采购进口超声外科吸引系统（超声骨刀）。</p> <p>专家签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	