

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断系统
拟采购产品金额	150 万元（150 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
专家论证意见	
<p>彩色超声诊断系统可用于心脏等部位的检查和疾病诊断，可用于术中引导等临床诊断。</p> <p>进口和国产设备的差异是：</p> <p>1. 进口彩支持超声声速自动校正技术，国产产品无此技术。</p> <p>2. 进口彩超智能程序设计技术，国产产品无此技术。</p> <p>3. 进口彩超有合成成像技术，国产产品无此技术。</p> <p>4. 进口彩超磁共振相素优化技术，国产产品无此技术。</p> <p>因此，为满足采购单位需求，建议购买进口全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪</p> <p>专家签字：</p> <div>李强 冯海 刘林峰 杨. 任晓文</div>	
年 月 日	