






政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	胃镜（普通）、经鼻胃镜（超细胃镜）
拟采购产品金额	445 万元（胃镜 75 万元/套，共采购 5 套，经鼻胃镜 70 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	公立医院能力建设补助资金
采购项目所属项目金额	22524.29 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见	
<p>设备的主要用途：用于上消化道的观察、诊断和治疗。</p> <p>进口和国产产品的差异是：</p> <p>1、经鼻胃镜：进口经鼻胃镜检查安全无痛苦，检查结束后 30-60 分钟能够进食。</p> <p>目前国产设备无同类产品。</p> <p>2、普通胃镜高清 CMOS 传感器可实现 2mm 近距离观察，相当于 60 倍放大。简单操作即可看清毛细血管和腺管开口。60fps 流畅画质，动态画面提升。</p> <p>国产设备可实现 3mm 近距离观察，相当于 45 倍放大，对于观察粘膜腺管开口及血管形态欠佳。</p> <p>3、进口设备有效工作长度 1100mm，可深入十二指肠降部进行全覆盖观察。</p> <p>国产设备有效工作长度 1050mm，覆盖不到远端部位，容易漏诊。</p> <p>为了更好的促进我临床科室的建设和发展，提高医疗技术水平和临床科研水平，以此，为满足采购单位需求，建议购买进口高清胃镜及高清经鼻胃镜。</p> <p>专家签字：     </p> <p>年 月 日</p>	