


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	彩色多普勒超声诊断仪（含食道探头）
拟采购产品金额	300 万元（300 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见	
<p>彩色多普勒超声诊断仪（含食道探头）可用于心脏等部位的检查和疾病诊断。</p> <p>进口和国产设备的差异是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进口彩支持超声声速自动校正技术。国产产品无此技术。 2. 进口彩超多普勒支持智能多普勒血管检查技术，国产产品无此技术。 3. 进口彩超有高级心功能自动分析技术，国产产品无此技术。 4. 进口彩超有实时三维经食道超声技术，国产产品无此技术。 <p>因此，为满足采购单位需求，建议购买进口彩色多普勒超声诊断仪（含食道探头）。</p> <p>专家签字： </p>	
年 月 日	