






政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	广西壮族自治区人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜
拟采购产品金额	300 万元（150 万元/套，共采购 2 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见 <p>电子支气管镜检查是呼吸系统疾病重要的诊治手段之一，它对于气管一支气管病变、肺部占位，尤其是肺门占位、肺结核、肺不张、肺感染、气管一支气管内异物等疾病诊断及治疗具有十分重要的价值。重症患者肺部感染患者占大多数，需使用纤支镜进行取肺泡灌洗液检查、取深部分泌物检查、咬检、清除深部分泌物及肺泡灌洗等等诊疗手段，在重症患者呼吸系统的诊治中起非常重要的作用。</p> <p>进口和国产产品的差异是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、进口产品具有自动白平衡功能，国内产品需手动操作白平衡功能。 2、进口产品视野角度 120°，国内产品视野角度 100°，视野角度越大，观察得越广。 3、进口产品观察深度：3—100mm，国产产品观察深度：3—50mm，景深越广，观察得越远。 <p>因此，为满足采购单位需求，建议购买进口电子支气管镜。</p> <p>专家签字：     </p>	
年 月 日	