


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	主动脉内球囊反搏泵
拟采购产品金额	100 万元（100 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
三、专家论证意见	
<p>主动脉内球囊反搏泵是用于主动脉内球囊反搏植入术，此手术通过穿刺股动脉将气囊临时植入到主动脉，当心脏舒张时球囊充气，使得主动脉舒张压升高，从而冠状动脉压升高，使心肌供血供氧增加，心脏收缩前，气囊排气，主动脉压力下降，从而心脏后负荷下降，心脏射血阻力减小，心肌含氧量下降。多用于危重的冠心病患者，是保证我们冠脉介入手术的利器。</p> <p>由于目前没有同类国产产品，因此，为满足采购单位需求，建议购买进口主动脉内球囊反搏泵。</p> <p>专家签字：</p> <div></div>	
年 月 日	