






政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中山大学附属第一医院广西医院
拟采购产品名称	全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	350 万元（350 万元/套，共采购 1 套）
采购项目所属项目名称	医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	18607.19 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
专家论证意见	
<p>全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪可用于心脏等部位的检查和疾病诊断。</p> <p>进口和国产设备的差异是：</p> <p>1. 进口彩支持超声声速自动校正技术。国产产品无此技术。</p> <p>2. 进口彩超多普勒支持智能多普勒血管检查技术，国产产品无此技术。</p> <p>3. 进口彩超有高级心功能自动分析技术，国产产品无此技术。</p> <p>4. 进口彩超有实时三维经食道超声技术，国产产品无此技术。</p> <p>因此，为满足采购单位需求，建议购买进口全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪</p> <p>专家签字：    </p>	
年 月 日	